HOJA DE CALIBRACIÓN DEL TERMÓMETRO

Todos los termómetros se calibrarán semanalmente y se documentarán en el formulario de calibración. Estos formularios se mantendrán archivados durante tres meses.

FECHA	Persona que realiza la calibración	Termómetro 1 Temperatura real	Termómetro 2 Temperatura real	Termómetro 3 Temperatura real	Termómetro 4 Temperatura real	Termómetro 5 Temperatura real	Acción Correctiva	Iniciales de Supervisor

Procedimiento de calibración

1) Llena un recipiente con hielo y agua.
2) Coloque los termómetros en agua de modo que el "hoyuelo" quede completamente sumergido si usa un termómetro bimetálico.
3) El termómetro debe indicar 32°, +/- 2°
4) Si el termómetro está dentro de los requisitos, vuelva a colocarlo en el recipiente de saniserve para su uso.
5)Si el termómetro no cumple con los requisitos, realice los ajustes necesarios y repita los pasos 2 a 4 hasta obtener la lectura adecuada. Si no se puede cumplir con la calibración adecuada, deséchelos y reemplácelos.

La calibración debe realizarse una vez al día y debe estar firmada